

КГП на ПХВ «Районная больница Бухар-Жырауского района» управления здравоохранения Карагандинской области, Республика Казахстан, 100400, Бухар-Жырауский район п.Ботакара ул. Казыбек би, 52Б 1, БИН 000540002419, БИК EURKZKA ИИК KZ5394804KZT22032011 в АО "Евразийский Банк", объявляет о проведении закупа бактерицидные экранированные облучатели круглосуточного режима. согласно технической спецификации **Приложения №1**.

Поставщик, чья заявка будет признана выигравшей должен предоставить услуги: доставка, разгрузка товара на склад КГП на ПХВ «Районная больница Бухар-Жырауского района» Бухар-Жырауский район п.Ботакара ул. Казыбек би, 52Б. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим квалификационным требованиям (подтвердить письменно):

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается прев

ышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или

приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцины на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Заявки на участие в закупе, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в КПП на ПХВ «Районная больница Бухар-Жырауского района» управления здравоохранения Карагандинской области по адресу: 100400, Бухар-Жырауский район п.Ботакара ул. Казыбек би, 52Б, кабинет отдела планирования и государственных закупок № 241.

Окончательный срок представления заявок до 11:00 часов «13» сентября 2024 года.

Конверты с заявками будут вскрываться в 14:00 часов «13» сентября 2024 года по адресу: Республика Казахстан, Бухар-Жырауский район п.Ботакара ул. Казыбек би, 52Б.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8/72154/ 2-15-57

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок: Сорока М.В. – специалист по государственному закупу, электронная почта [crbbbuchar-gyrau@mail.ru](mailto:crbbbuchar-gyrau@mail.ru)

И.о.директора



А.Мергембаева

Исполнитель: Сорока М.В.

№	Наименование	Единица измерения	Цена	Количество	Срок поставки
1	Бактерицидные жаропрочные облучатели круглоосуточного режима	штука	54 200,00	50	В течение 16 календарных дней с момента заключения договора

П.п. директора



А. Мергенбаева

Исполнитель: Жумжанова Г.Т.

### Техническая спецификация на экранированные бактерицидные облучатели

- Общие требования:
- Оборудование новое, год выпуска – не позднее 2021 г.
- Экранированный бактерицидный облучатель должен быть зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Казахстан.
- Протокол контрольных испытаний, Аттестат качества, Сертификат Безопасности и качества на Экранированный бактерицидный облучатель, Сертификат СТ-КЗ (Приложить к конкурсной документации)
- Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию не менее 37 месяцев;

Требования к функциональным, количественным и качественным характеристикам: п/п	Параметры	требования
	<p>Экранирующее устройство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бактерицидная лампа расположена внутри корпуса:</li> <li>- патроны для ламп, форма колбы (тип):</li> <li>- расстояние между патронами, мм:</li> <li>- номинальное напряжение, В:</li> <li>- частота, Гц:</li> <li>- габаритные размеры, мм.: <ul style="list-style-type: none"> <li>длина</li> <li>ширина</li> <li>высота</li> </ul> </li> <li>- способ крепления</li> <li>- Экранированное облучение внутренней лампой верхней зоны помещения с обеспечением облученности: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. в нижней части помещения: на высоте не более 1,7 м от пола в любой точке помещения;</li> <li>2.2. в верхней части помещения: на высоте не менее 2,2 м от пола на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей;</li> </ol> </li> <li>- направление излучения внутренней лампы:</li> <li>- допустимое отклонения направления излучения внутренней лампы, град.</li> <li>- возможность регулировки зазора сектора излучения внутренней лампы</li> <li>- диапазон регулировки зазора сектора излучения внутренней лампы, мм:</li> <li>- возможность очистки и проведения технического обслуживания без нарушения регулировки:</li> </ul> <p>Перечень комплектующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Облучатель в собранном виде-патроны в транспортном состоянии, шт.2</li> </ul>	<p>не менее 1 шт.</p> <p>G13, T26 444,5±1 220±22 50</p> <p>485±2 125±2 90±2</p> <p>настенный, потолочный</p> <p>не более 0,001Вт/м<sup>2</sup></p> <p>не менее 1,5Вт/м<sup>2</sup></p> <p>горизонтально, не более ±3</p> <p>наличие 0-30</p> <p>Наличие Наличие</p> <p>Наличие</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Крышка подъемная, шт.1;</li> <li>-Регулировочный винт, шт.1;</li> <li>-Стойорная гайка, шт.2;</li> <li>-Аппарат пускорегулирующий, шт.1;</li> <li>- Упаковка, шт.1;</li> </ul>	<p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лампа бактерицидная ультрафиолетовая (УФ-С)</li> <li>- 100% фильтрация озonoобразующей спектральной линии с длиной волны 185 (нм)</li> <li>-Мощность лампы (Вт)</li> <li>- Рабочее напряжение лампы (В)</li> <li>- Ток в лампе (А)</li> <li>- УФ-С излучение (Вт)</li> <li>- УФ-С облученность на расстоянии 1 м от источника:</li> <li>- Срок полезного использования (ч)</li>   <li>- Срок службы при 50% отказов ЕМ</li> <li>- Спад светового потока после 5000 ч. (%)</li> <li>- Форма колбы</li> <li>- Тип цоколя</li> <li>- Диаметр колбы (мм)</li>   <li>- защитное металлическое кольцо, экранирующее электроды от стекла</li> </ul>	<p>15±1</p> <p>54±1</p> <p>0,33</p> <p>не менее 4,8</p> <p>не менее 150</p> <p>мкВт/см<sup>2</sup> не менее</p> <p>9000</p> <p>не менее 9000</p> <p>не более 12</p> <p>T26</p> <p>G13</p> <p>28±1,894,6±1</p> <p>наличие, на каждый электрод</p>
Упаковка товара	Поставщик предоставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке закрытым транспортом, погрузке, перегрузке и хранении в складском помещении.	
Срок гарантии качества товара:	не менее 37 месяцев , на Экранированный бактерицидный облучатель.	
Инструкция по эксплуатации на казахском и русском языке	наличие	

Исп: Жумакаева Г.Т

